

Дом здравља Алексинац
Број: 26/309
09.12.2016
Алексинац
Момчила Поповића 144

Предмет: Појашњење конкурсне документације за Технички мотори за Службу
стоматологије, за 2016 годину, за потребе Дома здравља Алексинац
(ЈН 26/16)

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од
09.12.2016 године, упућеног путем мејла, у коме се постављају следећа питања:

1. У траженим техничким карактеристикама микро мотора наведено је да мотор треба да има
160 W и 5,5 Nm. Да ли можемо понудити мотор који има 150 W и 7 Nm, мислим да у овом
случају имате исту ефикасност.
2. Да ли се зна колика је процењена вредност ?

Достављамо Вам следећи одговоре:

1. Наручилац ће усвојити предлог за измену конкурсне документације поштујући члан 10. ЗЈН
којим се Наручилац обавезује да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију.
Наручилац ће продужити рок за достављање понуда како би омогућио свим заинтересованим
понуђачима да доставе своје понуде.
2. Према члану 61. ЗЈН Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

34 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

